

## 《特異IgE抗体検査項目 e84ハムスター上皮に関するご案内》

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、試薬供給元であるスウェーデン ダイアグノスティックス社より、ハムスター上皮の試薬性能について注意を要する旨の連絡がありました。

これに伴う、改良品の発売は来年夏頃を予定しておりますが、現行試薬の傾向についてご承知していただきたくお知らせいたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

#### ● 留意点

現行試薬は、ジャンガリアンハムスター（小型）に感作された患者由来検体の一部では陰性を示す場合があります。

#### ● 詳細内容

現行試薬に使用している原料は、ヨーロッパアンハムスターおよびゴールデンハムスター由来のものあり、これらは近年ペットとして一般家庭でも飼育されている小型ハムスター、ジャンガリアンハムスターとは異なる種です。

最近までこれら異なるハムスター間で抗原性が異なるという認識はありませんでしたが、近年、ジャンガリアンハムスターはゴールデンハムスター等と一部抗原性が異なることが報告されました。

試薬供給会社で従来の種にジャンガリアンハムスター上皮を加えた改良品で検討した結果、現行試薬では陰性と判定された血清の一部が、改良品では陽性と判定されることが確認されました。従いまして、現行試薬の結果判定の際は、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

なお、改良品は現在、承認申請中で、来年夏頃の発売を予定しております。